

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>薛建玉</u>
	职称: <u>工程师</u>
	工作单位: <u>江苏国瑞工程造价咨询有限公司</u>
项目信息	项目名称: <u>常州市新北区孟河中医医院西门子 DR: Ysio 球管采购项目</u>
	供应商名称: <u>西门子医疗系统有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>该设备属于专业医用检查设备, 精度要求高, 球管属于设备重要的高值零配件, 非原厂球管在零配件货源, 技术专业性及维保人员配备等方面均不能可靠保障, 进而满足医院的要求, 而第三方零配件更换及维修可能造成图像失真, 检查的无效甚至错误, 维修时间较长甚至配件缺失而无法维修的情况, 须购买原厂球管, 建议采用单一来源方式。</p>
专业人员签字	<u>薛建玉</u>
	日期 <u>2024</u> 年 <u>7</u> 月 <u>24</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	薛京昌	
	职称:	副主任医师	
	工作单位:	常州市肿瘤医院	
项目信息	项目名称:	常州市新北区孟河中医医院西门子 DR: Ysio 球管采购项目	
	供应商名称:	西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>一、DR球管是在医学上用检查设备，设备精度要求高，任何一个零部件均会影响图像质量及检查效果，原购单位现使用的DR为西门子医疗系统有限公司产品。</p> <p>二、DR之重要配件球管为重要高值配件，非原厂球管在能源及辐射人员配件等方面不能满足要求。</p> <p>三、此情况满足政府采购法第三十一条第一款之规定，建议采购单位采用单一来源采购方式与原厂西门子医疗系统有限公司进行谈判采购。</p>		
专业人员签字	薛京昌		日期 2024 年 7 月 24 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 耿刚
	职称: 高工
	工作单位: 常州市武进区政府采购管理办公室
项目信息	项目名称: 常州市新北区孟河中医医院西门子 DR: Ysio 球管采购项目
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>设备为医用检查设备,精度要求高,且球管属于设备的价值零配件,选用原厂球管配件对设备的图像、射线能量、分辨率、对比度上具有可靠性、兼容性。为更好使原设备匹配对接使用,且其他品牌无法保证和原设备的兼容良好,影响实际使用,因此,建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px;"></div> </div>
	日期 2024年07月24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。