

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                             |                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 专业人员信息   | 姓名:                                                                                                                                                                         | 沈敏                    |
|          | 职称:                                                                                                                                                                         | 高级会计师                 |
|          | 工作单位:                                                                                                                                                                       | 常州市版权交易局              |
| 项目信息     | 项目名称:                                                                                                                                                                       | 常州市德安医院功能科 GE S8 彩超维保 |
|          | 供应商名称:                                                                                                                                                                      | 无锡科普莱逊贸易有限公司          |
| 专业人员论证意见 | <p>由于该设备属于专用医用检查设备,价格昂贵,设备精度要求高。设备检查的质量主要取决于设备的图像、探头、分辨率、对比度和噪声等因素,而那原厂维修人员在零配件资源、技术专业性及维修人员配备和维修流程等方面都有所欠缺,且无法满足医院的要求。</p> <p>建议本项目 GE 彩超维保采用单一来源方式采购,与无锡科普莱逊贸易有限公司谈判。</p> |                       |
| 专业人员签字   | 沈敏                                                                                                                                                                          | 日期 2025 年 7 月 18 日    |

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 周树明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 职称: 经济师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 工作单位: 常州机电职业技术学院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目信息     | 项目名称: 常州市德安医院功能科 GE S8 彩超维保                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 供应商名称: 无锡科普莱逊贸易有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 专业人员论证意见 | <p>GE彩色超声诊断仪属于高端精密医用电子设备, 对其质量要求较高, 设备的图像、探头、分辨率、对比度和噪音等因素影响图像质量检查效果。</p> <p>由于第三方零配件更换及维修非原厂配件资源、维保技术薄弱, 专业性不强, 故本项目建议采用单一来源方式, 无锡科普莱逊贸易有限公司是原厂即电气医疗系统总代理商, 前在无锡当地唯一售后服务机构, 为保证设备有原厂质保, 申请单一来源方式进行采购。</p>                                                                                                                         |
| 专业人员签字   | <div data-bbox="399 1904 542 1993" style="display: inline-block; vertical-align: middle;">  </div> <div data-bbox="1021 1904 1420 1993" style="display: inline-block; vertical-align: middle;">             日期 2025 年 7 月 18 日           </div> |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 专业人员信息   | 姓名：宋佳                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|          | 职称：副教授                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|          | 工作单位：常州大学                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 项目信息     | 项目名称：常州市德安医院功能科 GE S8 彩超维保                                                                                                                                                                                              |                    |
|          | 供应商名称：无锡科普莱逊贸易有限公司                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 专业人员论证意见 | <p>超声设备属于专业应用检查设备，设备精度要求高，设备检查的质量取决于设备的图像、探头、分辨率、对比度等因素，任何一个零配件都可能影响上述指标，从而影响检查效果。非原厂维修在零配件货源、技术专业性和维修人员配备等方面均会有一些不可控因素，进而无法满足医院的要求。从较多医院的反馈情况来看，第三方零配件更换维修可能造成图像的失真，检查出现错误甚至无效，维修时间过长甚至出现配件缺失的情况。故本项目申请采用单一来源方式采购。</p> |                    |
| 专业人员签字   | 宋佳                                                                                                                                                                                                                      | 日期 2025 年 7 月 18 日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。